



SmartCase SC1230 / SC1240





Inhaltsverzeichnis

WAS IST SMARTCASE?	3
FÜR IHRE SICHERHEIT	3
WARNUNG:	3
WICHTIG:	3
GARANTIE	4
PRODUCT OVERVIEW	5
INHALT DES PAKETES:	5
.....	5
INSTALLATION	6
WICHTIG:	6
MONTAGE AUF STEIN ODER BETON:	6
STROMKABEL:	6
BITTE BEACHTEN:	7
MONTAGE AUF HOLZ:	7
BETRIEB	7
WICHTIG:	7
WARTUNG UND PROBLEMLÖSUNG	8
WARTUNG:	8
TEMPERATUR:	8
CODEÄNDERUNG (SC1240)	9
PROBLEMLÖSUNG:	10
GLOSSAR	11
APPENDIX A: TECHNISCHE SPEZIFIKATION	12




Was ist SmartCase?

Der AED (Automatischer Externer Defibrillator) macht inzwischen einen wichtigen Teil der primären Hilfe aus. Es ist dabei lebenswichtig, dass der AED Tag und Nacht gut gesichert, aber doch erreichbar ist. Der SmartCase gibt eine optimale Beschirmung/Sicherheit und sorgt für ein Tag und Nacht einsetzbaren AED.


Der SmartCase Gehäuse schützt den AED vor extremen Witterungsbedingungen. Das Gehäuse widersteht Wasser und Staub, Gewalt und kombiniert ein bewährtes Konzept mit maximaler Leistung. Die Edelstahlbox kombiniert mit einem Polycarbonatfenster bietet ultimativen Schutz vor Korrosion und Stößen und bietet einen klaren Blick auf den AED. Um eine Temperatur über 0 ° C zu halten, ist das Outdoor SmartCase mit einem Temperatursensor und einer elektrischen Heizung ausgestattet. Der Schrank ist vollständig isoliert, um beim Heizen Energie zu sparen. Zusätzlicher Schutz vor Überhitzung wird durch aktive Belüftung erreicht.

Für Ihre Sicherheit

Warnung: Lesen Sie das Instruktionsbuch sorgfältig durch. Alle Benutzer sollten vor dem ersten Gebrauch des SmartCase AED Cabinet die Sicherheitshinweise lesen. Das nicht befolgen der Instruktionen kann gefährlich sein, oder selbst gegen Gesetze verstoßen. Befolgen Sie alle empfohlenen Wartungsanweisungen. Sollte ein Problem auftreten, wenden Sie sich unverzüglich an den Wartungsservice. Benutzen Sie das Gerät nicht, bevor es von einem qualifizierten Mitarbeiter überprüft wurde.


		Symbol
Warnung:	Warnhinweise machen Sie auf Situationen oder Handlungen aufmerksam, die zu Personenschäden oder zum Tod führen können.	 WARNUNG

Wichtig: GT Medicare ist nicht verantwortlich für den Inhalt von Dokumenten, noch für den Verlust von Informationen, Einkommen, direktem oder indirektem Schaden, durch wie dann auch verursacht. GT Medicare behält sich das Recht vor um Dokumente anzupassen oder zu verbessern, ohne vorherige Bekanntmachung. Dieses gilt für alle Produkte beschrieben in dieser Gebrauchsanweisung. Der Inhalt dieses Dokumentes sowie auch für das Zubehör zu diesem Produkt wird ohne Garantie veröffentlicht.



Garantie

1. GT MEDICARE ist nach bestem Wissen und Gewissen verantwortlich für die Servicequalität und die Zuverlässigkeit und gute Qualität der gelieferten Produkte, mit der Maßgabe, dass die Garantie nicht über die folgenden Garantiebestimmungen hinausgeht.
2. Wenn der Defekt vom Käufer verursacht wurde, gehen die Reparatur- und Versandkosten zu seinen Lasten.
3. Der Käufer hat keinen Garantieanspruch:
 - A: bei fahrlässigem Umgang mit den Produkten.
 - B: bei vom Käufer vorgenommenen Änderungen oder Reparaturen an den Produkten, die nicht von GT MEDICARE oder in deren Namen durchgeführt wurden.
 - C: bei unangemessenem und unsorgfältigem Gebrauch, falschem Anschluss, falscher Spannung, Blitzeinschlag, Schäden infolge eindringender Feuchtigkeit oder anderen externen Produkten oder Unfällen.
 - D: bei unangemessener Wartung der Geräte.
 - E: bei Verwendung von minderwertigem oder falschem Zubehör.
 - F: bei nachlässigem Umgang mit den Geräten.
4. GT MEDICARE garantiert, dass die Produkte bei der Lieferung keine ernsthaften Beschädigungen aufweisen.
5. Händler werden Defekte, Schäden oder Nichtkonformität der Produkte, die bei einer Eingangskontrolle festgestellt werden, innerhalb von zehn (10) Tagen nach der Lieferung schriftlich an GT MEDICARE melden. Händler werden alle anderen Defekte innerhalb eines (1) Jahres nach dem Lieferdatum schriftlich an GT MEDICARE melden. Produkte, die einen vermutlichen Defekt oder Nichtkonformität aufweisen, sollten sofort an GT MEDICARE zur Inspektion zurückgesandt werden. Reklamationen, die nicht anhand der vorstehenden Bestimmungen eingereicht wurden, werden nicht akzeptiert. GT MEDICARE wird bei einem Defekt oder einer Nichtkonformität, für die GT MEDICARE verantwortlich ist, das/die betreffende/n Produkt/e nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen oder den Kaufpreis der Produkte zurückerstatten. GT MEDICARE hat keine anderen (Haftungs-) Verpflichtungen gegenüber dem Händler in Bezug auf nicht konforme oder defekte Produkte als die im vorstehenden Satz beschrieben.
6. Die Garantiedauer ab Lieferung auf alle mechanischen Teile beträgt sechzig (60) Monate für den SC1400 und vierundzwanzig (24) Monate für den SC1300, wobei Kratzer und Beschädigungen des Gehäuses und Sichtfensters nicht unter diese Garantie fallen, und vierundzwanzig (24) Monate auf die Elektronik. Der Hersteller ist ausschließlich zur Erfüllung der sich aus dieser Garantie ergebenden Verpflichtungen verpflichtet. Der Hersteller haftet nicht für mittelbare Schäden oder Folgeschäden. In allen Fällen ist die Haftung des Herstellers auf den Verkaufspreis der verkauften Produkte beschränkt.
7. Wenn eine Forderung auf eine Änderung oder einen unsachgemäßen Gebrauch des Produkts, wie im Vertrag beschrieben, zurückzuführen ist, kann unter keinen Umständen Anspruch auf die Garantie erhoben werden.
8. Der Empfänger wird alle gelieferten Geräte unverzüglich kontrollieren. Der Kunde muss GT MEDICARE schriftlich innerhalb von zehn (10) Tagen nach Lieferung über Mängel in der Warensendung in Kenntnis setzen. Wenn die Mängel nicht innerhalb von zehn (10) Tagen gemeldet werden, wird die Warensendung als ordnungsgemäß erhalten betrachtet. Bei unsichtbaren Mängeln – vom Kunden nachzuweisen – können Garantieansprüche nur innerhalb der Garantiedauer geltend gemacht werden. Wenn eine Reklamation von GT MEDICARE akzeptiert wird, ist GT MEDICARE ausschließlich verpflichtet, die bemängelten Produkte zu reparieren oder zu ersetzen, ohne dass der Kunden irgendeinen Anspruch auf Schadensersatz hat. Reklamationen befreien den Kunden nicht von seinen Zahlungsverpflichtungen.



Product Overview

Wir danken Ihnen für den Kauf eines SmartCase AED Wandgehäuses.

Inhalt des Paketes: The SmartCase enthält die folgenden Unterteile:

SmartCase SC1230 und SC 1240

- SmartCase AED Wandgehäuse (isoliert)
- 24V Adapter
- Stromkabel 3m (vorinstalliert)
- Quick Installation guide
- Elektrische Heizung und Heizungshalterung
- Ventilator für aktive Belüftung
- LED-Leuchten (rot und blau)
- Alarm, >95dB
- Installationsmaterialien

Installationsmaterialien:



Unterlegscheiben (4x)

M8 Muttern (4x)

Nylon-Abstandshalter (4x)


Wanddübel (4x)

Gewindestangen (4x)

SmartCase SC1240

- Schlüssel
- Der SC 1240 ist mit einer mechanischen Verriegelung ausgestattet. Für diese Version ist ein zusätzlicher Sicherungsschlüssel enthalten





Installation

Wichtig: Das mitgelieferte Material ist nur gedacht für Montagen an flache massivem Holz, Stein, Beton oder an metallenen Platten mit einer minimalen Stärke von 3mm. Verwenden Sie immer die mitgelieferten Abstandshalter.

Montage auf Stein oder Beton: Bohren Sie 4 Löcher für die Befestigungsschrauben (Gewindestangen) mit einem Abstand von 240 mm. Bohren Sie Löcher mit einem Durchmesser von 10mm und einer minimalen Tiefe von 6cm (60mm) um genug Raum zu haben für die Wanddübel oder evtl. chemischen Mörtel. Wir empfehlen die obersten Bohrungen ungefähr in 1,5m Höhe zu platzieren. Die Bohrungen müssen immer in der Mitte des Steines ausgeführt werden. Setzen Sie die M8- Gewindestangen in die Dübel ein, bis sie 20 mm von der Wand abstehen, und schieben Sie die Nylon- Abstandshalter über die Gewindestangen. Bevor Sie das Gehäuse an der Wand montieren, installieren Sie zuerst die Stromkabel.




1 Platzierung des Wanddübel und Gewindestangen




2: Platzierung des Abstandshalters

Stromkabel: GT MEDICARE advisiert die mittlere Bohrung mit einem 12mm Bohrer auszuführen, damit das Stromkabel ohne Probleme durch die Mauer geführt werden kann. Das Stromkabel kann mittels einer Steckverbindung an den Adapter angeschlossen werden. Der Adapter muss innerhalb von Gebäuden platziert werden. Bevor der SmartCase befestigt wird ist darauf zu achten, das Stromkabel durch die Mauer zu führen. Das Kabel wurde an das SmartCase im Schrank angeschlossen (vorinstalliert). Führen Sie das Kabel von außen durch die Wand nach innen und ziehen Sie dann von innen das Kabel. Der SmartCase ist jetzt bereit für die Montage an der Wand. Verwenden Sie nach der Montage die vier Unterlegscheiben und Muttern, um das Gehäuse (an der Innenseite des Gehäuses) zu sichern.



letzter Akt: Platzierung der Unterlegscheibe und M8 Muttern auf der Innenseite





Bitte beachten: Wenn sich herausstellt das die Mauer zu schwach ist um den SmartCase mit Dübeln zu befestigen, empfehlen wir Fischer VS 100 P. Es ist dann ausreichend um nur die Schrauben ohne Dübel in den Mörtel zu schrauben. Auf der Verpackung von Fischer VS 100 P steht die korrekte Gebrauchsanweisung. Beachten Sie, das die Bohrungen gut gereinigt werden bevor Sie den Dübel oder den chemischen Mörtel in die Bohrung stopfen.

Montage auf Holz: Bohren Sie kleine Löcher von 4mm Durchmesser in das Holz. Schrauben Sie die Gewindeschrauben so weit in das Holz, bis das M8 Gewinde noch maximal 20mm herausragt. Wir empfehlen die obersten Bohrungen ungefähr in 1,5m und 1,6m Höhe zu platzieren.

Betrieb

SC1230 (entsperrt): Um das Gehäuse zu schließen, schließen Sie die Tür und drehen Sie den Knopf nach links (90 Grad). Um die Tür zu öffnen, drehen Sie den Knopf in die entgegengesetzte Richtung (90 Grad nach rechts) und ziehen Sie vorsichtig.


SC1240 (Codeschloss): Geben Sie den programmierten Code (Standardcode = 333) ein, indem Sie die Zahnräder drehen und die Verriegelung nach rechts drehen. Falls Sie den Code verloren haben, können Sie mit dem Schlüssel den Code finden: siehe **Codeänderung**. Sobald Sie den Code gefunden haben, können Sie das Schloss öffnen.

Codeänderung: siehe Wartung und Problemlösung.

Wichtig: Der Code Schlüssel muss im Falle eines Notfalls jederzeit verfügbar sein (gilt für SC1240). Aufgrund eines unerwarteten Defekts kann eine der Öffnungsmethoden fehlschlagen. In diesem Fall muss eine Alternative verfügbar sein. Darüber hinaus ist es wichtig, die vorstehenden Verfahren vor der Lagerung des AED einzuüben und dies auch nach dessen Installation zu tun.



WARNUNG



Wartung und Problemlösung

Wartung: Es ist wichtig, dass das SmartCase Wandgehäuse **monatlich** geöffnet und geschlossen wird, um sicherzustellen, dass die Verschlusssysteme und Elektronik ordnungsgemäß funktionieren. Hierbei sollten Sie besonders auf die Zustand des AED achten (bitte AED-Handbuch zurate ziehen).



WARNUNG

Es ist ebenso wichtig, das Gehäuse auf der Außenseite auf Beschädigungen zu überprüfen, die dessen Funktion möglicherweise beeinträchtigen können.

Sollten Sie einen Defekt entdecken, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Händler von SmartCase. Je nach Defekt kann es empfehlenswert sein, den AED zu entfernen und die Benutzer in Kenntnis zu setzen (defekt).

Temperatur: Wenn Sie Zweifel an der Funktion der Heizapparatur haben (Außentemperatur unter 0 °C (32 °F)), entfernen Sie den Defibrillator und nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Händler von SmartCase auf. Der SC1230/ 1240 ist mit einem aktiven Belüftungssystem ausgestattet. Bei ungefähr 30 °C wird der Ventilator eingeschaltet, um die Wärme aus dem oberen Teil zu lassen und kalte Luft über den Boden anzuziehen. Dennoch empfehlen wir, das Gehäuse an einem schattigen Ort aufzuhängen, um zu hohe Temperaturen zu vermeiden (über 50 °C).